



Negociaciones
D'mik

Certificado de Calidad

HEXANO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Pureza	ASTM- D- 289	98.50%- 100%	99.80%
Densidad a 20°C	ASTM D-268	0.672- 0.681	0.681
Humedad	KARL FISHER	0.10% max	0.0680%
Índice de refracción	Refractómetro	1.325- 1.450	1.389
Color Pt-Co	ASTM- 1209	10 MAX	5
Olor	ASTM- 1296	CARACTERÍSTICO	CARACTERÍSTICO
Apariencia	ASTM- D - 4670	L.C.L.I.	L.C.L.I.

APARIENCIA:

L.C.L.I Líquido Claro Libre de Impurezas.

LOS RESULTADOS ANTERIORES FUERON OBTENIDOS EN NUESTRO LABORATORIO ANTES DE SU ENVÌO.

Estimado cliente usted cuenta con 5 días para checar su producto una vez recibido. La calidad de este producto esta garantizada por los parámetros y rangos que aquí se describen, mismos que son evaluados con los métodos de prueba que se indican en este documento. Negociaciones D´mik S.A. de C.V. No asume ninguna responsabilidad sobre el uso y funcionamiento de este producto, ya que esta operación se realiza fuera de su control. Por lo que para cualquier duda favor de comunicarse al departamento técnico.